

ERRATA

A inclusão do termo "Windows" na especificação de interface para impressão pode, de fato, ser interpretada como uma restrição desnecessária e uma preferência por um sistema operacional específico, o que contraria o princípio da isonomia e da ampla competitividade. O objetivo da especificação é garantir a compatibilidade com padrões de impressão comumente utilizados em ambiente médico (DICOM) e em sistemas de impressão em geral (PostScript). Independentemente do sistema operacional base (Windows, Linux, macOS, etc.), o importante é que o equipamento seja capaz de gerar arquivos compatíveis com o padrão PostScript para impressão. Remover a menção a "Windows" universaliza a exigência para qualquer sistema que suporte PostScript, sem direcionar para uma plataforma específica. Portanto, recomenda-se acatar esta solicitação e alterar a especificação para "Interface para impressão padrão DICOM e PostScript", sem a menção a "Windows".

Considerando o prazo exíguo para o andamento da licitação e a necessidade de celeridade processual, esta equipe técnica entende que a especificação "Windows post-script" deve ser interpretada de forma mais abrangente, significando a compatibilidade com o padrão "PostScript" em geral, sem vincular a um sistema operacional específico. Esta interpretação permite a participação de equipamentos que utilizam outros sistemas operacionais, como Linux, sem a necessidade de uma alteração formal do edital. Desta forma, o edital permanece inalterado, e a aceitação de propostas com interface de impressão padrão DICOM e compatível com PostScript, independentemente do sistema operacional, será considerada plenamente atendida no momento da análise e julgamento das propostas

Atenciosamente,
Isabela Pereira Silochi
Pregoeira