

ATA FINAL

Fundação Hospitalar Dr.José Athanázio
Fundação Hospitalar Dr.José Athanázio
Pregão Eletrônico - 11/2026/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/07/2026 11:20	29/07/2026 23:59	05/08/2026 23:59	10/08/2026 08:30	10/08/2026 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
23/07/2026 23:59	31/07/2026 23:59	05/08/2026 08:30	05/08/2026 09:00	29/07/2026 11:19	Isabela Silochi Mitkus

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
03/08/2026 - 11:11:10	Esclarecimento	03/08/2026 - 11:31:16	Indeferido	Pedido: Pedido_Esclarecimento_OQTIS_PE_11-2026_FHJA_item_15-1-4-c_1.pdf Julgamento: RESPOSTA P ESCLARECIMENTO QOTIS.pdf

Embasamento: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO — PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2026 — PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026
Objeto: subitem 15.1.4, alínea "c", do Edital (incluído pela Retificação 01, de 29/07/2026).

OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 47.806.382/0001-09, Farroupilha/RS, representada por seu Diretor Geral, Joel Nardi Chiele, CPF 198.663.800-68, vem, tempestivamente (subitem 3.5 do Edital; sessão redesignada para 10/08/2026), apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Julgamento: Trata-se de manifestação protocolada no campo destinado à impugnação ao Edital. Entretanto, verifica-se que o conteúdo apresentado não busca a modificação, supressão ou declaração de ilegalidade de qualquer cláusula editalícia, limitando-se à formulação de pedidos de esclarecimento acerca da interpretação e da forma de comprovação do requisito previsto no subitem 15.1.4, alínea "c", do Edital.

Dessa forma, a manifestação não possui natureza jurídica de impugnação, razão pela qual não merece conhecimento como impugnação, por inadequação da via utilizada. Todavia, em atenção aos princípios da publicidade, da transparência, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, considerando que os questionamentos possuem pertinência com o certame e podem contribuir para a adequada compreensão das exigências editalícias por todos os interessados, passa-se ao esclarecimento dos quesitos formulados, cujas respostas passam a integrar o presente ato e produzirão efeitos em relação a todos os licitantes.

05/08/2026 - 16:15:58	Impugnação	06/08/2026 - 16:54:35	Deferido Parcialmente	Pedido: Impugnacao_OQTIS_PE_11-2026_FHJA_item_15-1-4-c_1.pdf Julgamento: Resposta Impugnação OQTS.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	--

Embasamento: Segue IMPUGNAÇÃO formal.

Julgamento: Diante do exposto, em observância aos princípios que regem a Administração Pública, decide-se CONHECER da presente Impugnação e, no mérito, DEFERIR-LA PARCIALMENTE, para promover esclarecimento complementar do subitem 15.1.4, alínea "c", do Edital, nos termos da fundamentação acima, permanecendo inalteradas as demais disposições do instrumento convocatório.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/07/2026 - 15:14:16	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 01	07/08/2026 - 15:21:17



Dúvida: À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

Visando assegurar a correta interpretação das especificações técnicas constantes no Termo de Referência, garantir a ampla competitividade do certame e possibilitar a apresentação de propostas em conformidade com as reais necessidades da Administração.

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Geometria das perneiras

O Termo de Referência estabelece que a secção das pernas deve possuir geometria estritamente retangular, isenta de chanfros, afunilamentos ou recortes diagonais em suas bordas internas.

Solicita-se esclarecer qual a justificativa técnica e funcional para tal exigência, bem como informar se serão aceitas mesas cirúrgicas cujas perneiras possuam geometria construtiva distinta, desde que mantenham a mesma área útil de apoio, estabilidade do paciente, segurança e plena funcionalidade para os procedimentos cirúrgicos previstos.

2. Inversão do paciente sobre o tempo

O edital estabelece que o equipamento deve permitir a inversão do paciente sobre o tempo, na posição normal e reversa, sendo a placa da cabeça e as placas das pernas intercambiáveis, mantendo a possibilidade de abertura das pernas para acesso do cirurgião.

Solicita-se esclarecer se essa funcionalidade deverá ocorrer obrigatoriamente por meio de sistema específico de inversão do equipamento ou se serão aceitas soluções técnicas equivalentes, mediante reposicionamento da cabeceira e das perneiras, desde que preservadas todas as funcionalidades clínicas, os movimentos da mesa e as condições de segurança exigidas.

3. Seleção da posição do paciente no controle remoto

O edital dispõe que o equipamento deve permitir a seleção do posicionamento atual do paciente no controle remoto para que, em caso de inversão do paciente, os comandos continuem operando normalmente conforme a identificação dos movimentos.

Solicita-se esclarecer se esta funcionalidade corresponde a requisito obrigatório de software embarcado no equipamento ou se serão aceitas soluções técnicas equivalentes que assegurem a correta operação da mesa e dos seus movimentos, preservando a segurança do paciente e da equipe assistencial.

4. Capacidade de carga de 450 kg em todas as posições

O Termo de Referência estabelece capacidade mínima de carga de 450 kg em todas as posições.

Solicita-se esclarecer se essa capacidade refere-se à carga dinâmica operacional durante todos os movimentos motorizados da mesa ou à capacidade máxima de carga estática do equipamento, bem como informar qual documentação técnica será considerada válida para comprovação desse requisito.

5. Soluções técnicas equivalentes

Considerando que determinadas características construtivas descritas no Termo de Referência podem variar entre fabricantes sem prejuízo da funcionalidade, segurança, ergonomia ou desempenho clínico do equipamento, solicita-se esclarecer se serão aceitas soluções técnicas equivalentes que atendam integralmente à finalidade assistencial pretendida pela Administração, ainda que apresentem diferenças de concepção construtiva em relação ao texto do edital.

Diante do exposto, solicita-se o fornecimento dos esclarecimentos acima, a fim de assegurar a correta interpretação das especificações técnicas, garantir a ampla competitividade, a isonomia entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Resposta: Diante das análises expostas, e considerando o parecer da Engenharia Clínica, conclui-se que as exigências constantes no Termo de Referência são plenamente justificáveis sob a ótica da engenharia hospitalar, da ergonomia e da segurança do paciente.

Sendo indeferido os pedidos de flexibilização apresentados e mantendo inalterado o Termo de Referência.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).	R\$ 155.999,75	2	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/07/2026 - 12:03	Edital PE 11 .pdf
23/07/2026 - 12:03	ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS.pdf
23/07/2026 - 12:03	DESCRITIVO MESA CIRÚRGICA ORTOPEDIA DELTECNOLOGIA.pdf
29/07/2026 - 11:20	RETIFICACAO-01.pdf
06/08/2026 - 16:55	Esclarecimento complementar.pdf
13/08/2026 - 14:07	PARECER TECNICO_DESCCLASSIFICADOS.pdf
18/08/2026 - 08:35	PARECER TECNICO_OQITS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/07/2026 - 11:20:34	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
10/08/2026 - 09:53:52	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2026/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/08/2026 - 09:54:02	Envio de Propostas Readequadas 11/2026/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:54 do dia 10/08/2026.
10/08/2026 - 10:26:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 11/2026/2026.
10/08/2026 - 10:26:59		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2026 - 11:02:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2026/2026.
10/08/2026 - 11:04:56		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 08:58:19	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2026/2026.
13/08/2026 - 08:58:29	Envio de Propostas Readequadas 11/2026/2026	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 10:37:35		Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 10:58 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 10:38:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2026/2026.
13/08/2026 - 11:00:27	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 11:23:33		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2026/2026.
13/08/2026 - 13:32:40	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 13:32:50	Envio de Propostas Readequadas 11/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2026/2026.
13/08/2026 - 15:44:18	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 15:44:29	Envio de Propostas Readequadas 11/2026/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 13/08/2026.
14/08/2026 - 08:33:14	Documentos solicitados para o processo 11/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2026/2026.
14/08/2026 - 08:33:41	Envio de Propostas Readequadas 11/2026/2026	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2026 - 08:42:26		Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 17:44 do dia 13/08/2026.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2026/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).	OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OPTIMUS PRO	OQTIS	100.000,00	2	200.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.102.553/0001-62	31/07/2026 - 08:10:23	MESA CIRÚRGICA KRATUS EH 460 ML	MENDEL MEDICAL	2	R\$153.000,00	R\$ 306.000,00	Não
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54.469.120/0001-61	31/07/2026 - 11:50:18	MESA T4 + KIT ORTOPEDICO	KSS/KSS	2	R\$200.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	04/08/2026 - 09:59:23	INPROMED INP ME500 PLUS	INPROMED INP ME500 PLUS	2	R\$155.999,75	R\$ 311.999,50	Sim
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	04/08/2026 - 14:55:27	NOVAMEC MED360 BASE T INOX + KIT EXTENS	NOVAMEC	2	R\$155.000,00	R\$ 310.000,00	Sim
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	05/08/2026 - 08:29:34	BF683 TDP 300mm	BARRFAB	2	R\$103.087,00	R\$ 206.174,00	Não
AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	59.060.397/0001-50	07/08/2026 - 13:34:07	MEC 450 + KIT EXTENSOR ORTOPEDICO	NOVAMEC	2	R\$150.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61	07/08/2026 - 15:23:03	NOVAMEC / MED 450	NOVAMEC / MED 450	2	R\$155.999,00	R\$ 311.998,00	Sim
OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.806.382/0001-09	07/08/2026 - 16:43:24	OPTIMUS PRO	OQTIS	2	R\$156.000,00	R\$ 312.000,00	Não
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	07/08/2026 - 16:48:03	MED 450	NOVAMEC	2	R\$155.172,00	R\$ 310.344,00	Sim
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	79.805.263/0001-28	10/08/2026 - 08:11:05	Vison T4 EH	Kss	2	R\$199.000,00	R\$ 398.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	60 dias
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	79.805.263/0001-28	60 dias
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	60 dias
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.102.553/0001-62	60 dias
OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.806.382/0001-09	360 dias
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	120 dias
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54.469.120/0001-61	60 dias
AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	59.060.397/0001-50	60 dias
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61	60 dias
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	60 dias



Lances Enviados

0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2026 - 08:10:23	153.000,00 (proposta)	20.102.553/0001-62 - MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
31/07/2026 - 11:50:18	200.000,00 (proposta)	54.469.120/0001-61 - RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/08/2026 - 09:59:23	155.999,75 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
04/08/2026 - 14:55:27	155.000,00 (proposta)	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
05/08/2026 - 08:29:34	103.087,00 (proposta)	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
07/08/2026 - 13:34:07	150.000,00 (proposta)	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
07/08/2026 - 15:23:03	155.999,00 (proposta)	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
07/08/2026 - 16:43:24	156.000,00 (proposta)	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
07/08/2026 - 16:48:03	155.172,00 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
10/08/2026 - 08:11:05	199.000,00 (proposta)	79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:06:18	103.077,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:06:27	151.300,00	20.102.553/0001-62 - MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido



10/08/2026 - 09:07:08	103.050,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:07:14	103.040,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:07:25	155.999,75	79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:07:32	142.350,00	20.102.553/0001-62 - MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:07:53	103.030,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:07:55	103.020,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:08:14	148.172,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:09:06	103.000,00	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:09:07	102.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:10:38	140.615,00	20.102.553/0001-62 - MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:11:20	149.000,00	54.469.120/0001-61 - RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



10/08/2026 - 09:13:07	102.980,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:13:12	102.970,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:13:28	102.950,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:13:31	102.940,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:13:49	102.930,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:13:49	102.920,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:13:57	102.950,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00



10/08/2026 - 09:14:11	102.910,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:14:13	102.900,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:14:15	102.930,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:14:38	102.910,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:14:40	102.880,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:14:45	102.870,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:15:20	102.880,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:15:29	102.850,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:15:31	102.840,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23



10/08/2026 - 09:15:54	102.500,00	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:15:59	102.490,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:16:17	102.480,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:16:20	102.470,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:16:29	102.500,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:16:42	102.450,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:16:48	102.440,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:17:05	102.450,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:17:12	102.000,00	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido



10/08/2026 - 09:17:13	102.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:17:15	101.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:17:32	101.980,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:17:34	101.970,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:17:34	102.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:17:37	101.500,00	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:17:39	101.490,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:17:58	101.480,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:18:02	101.470,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:18:04	101.500,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:18:18	101.460,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:18:19	101.450,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:18:38	101.440,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:18:43	101.430,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:18:59	101.420,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:19:05	101.410,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:19:15	101.420,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:19:18	101.400,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:19:22	101.390,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:19:40	101.350,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:19:43	101.400,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:19:50	101.340,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:20:01	101.300,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:20:09	101.290,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:20:21	101.250,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:20:31	101.240,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:20:43	101.200,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:20:44	101.190,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:20:53	101.210,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:21:07	101.170,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:21:09	101.160,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:21:11	101.000,00	02.836.248/0001-12 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda	Válido
10/08/2026 - 09:21:15	100.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:22:00	100.000,00	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:22:03	99.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:22:17	99.980,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:22:25	99.970,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:22:36	99.950,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:22:39	99.940,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:23:01	99.930,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:23:12	99.920,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:23:28	99.910,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:23:33	99.900,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:24:00	99.910,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:25:16	99.890,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:25:22	99.880,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:25:36	99.890,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:25:44	99.850,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:25:50	99.840,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:26:06	99.830,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:26:08	99.820,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:26:16	99.800,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:26:18	99.790,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:26:24	99.830,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:26:36	99.750,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:26:46	99.740,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:27:00	99.730,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:27:01	99.720,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:27:07	99.740,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:27:19	99.700,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:27:22	99.690,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:28:08	99.650,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:28:11	99.640,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:28:44	99.620,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:28:51	99.610,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:28:54	99.650,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:29:06	99.600,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:29:13	99.590,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:29:33	99.550,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:29:39	99.540,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:29:57	99.500,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:30:10	99.490,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:30:14	99.510,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:30:19	99.450,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:30:22	99.440,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:30:42	99.400,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:30:52	99.390,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:31:12	99.350,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:31:27	99.340,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:31:43	99.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:31:50	98.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:32:15	95.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:32:17	94.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:32:22	99.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:32:49	95.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:33:33	94.950,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:33:37	94.940,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:33:47	94.960,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:33:57	94.900,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:34:02	94.890,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:34:28	94.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:34:29	93.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:34:40	94.900,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:34:48	93.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:34:49	92.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:35:11	92.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:35:16	91.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:35:35	91.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:35:40	90.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:35:49	91.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:36:34	90.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:36:37	89.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:36:46	90.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:37:07	89.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:37:08	88.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:37:25	88.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:37:32	87.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:38:13	88.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:38:22	87.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:38:26	86.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:38:50	87.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:39:18	86.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:39:21	85.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:40:11	85.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:40:13	84.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:40:31	84.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:40:35	85.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:40:35	83.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:40:51	83.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59



10/08/2026 - 09:40:55	82.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:41:16	82.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:41:16	83.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00
10/08/2026 - 09:41:22	81.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:41:44	81.600,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:41:51	81.590,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:42:02	81.000,00	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Cancelado - Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica. 13/08/2026 11:28:59
10/08/2026 - 09:42:04	81.600,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00



10/08/2026 - 09:42:09	80.990,00	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital. 13/08/2026 08:44:23
10/08/2026 - 09:42:47	81.000,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar os documentos de habilitação. 13/08/2026 15:42:00

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/08/2026 - 10:26:59	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOCS CAMPOS NOVOS 11-2026.zip
0001	10/08/2026 - 11:02:17	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DECLARAÇÃO DE AUTORIZADA.pdf
0001	10/08/2026 - 11:04:56	57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF FORNECIMENTO.pdf
0001	13/08/2026 - 10:37:35	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PROPOSTA AJUSTADA E HABILITACAO.zip
0001	13/08/2026 - 11:23:33	59.060.397/0001-50 - AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	CATALOGO FICHA TECNICA.pdf
0001	14/08/2026 - 08:42:26	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA COMERCIAL.pdf
0001	14/08/2026 - 08:42:26	47.806.382/0001-09 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HABILITACAO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/08/2026 - 08:44:23	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61	Item 0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).
Desclassificação: Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital.			
13/08/2026 - 15:42:00	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	Item 0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).
Desclassificação: Deixou de apresentar os documentos de habilitação.			
13/08/2026 - 11:28:59	AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	59.060.397/0001-50	Item 0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).
Desclassificação: Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/08/2026 - 08:58	21/08/2026 - 23:59	26/08/2026 - 23:59



0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
54469120000161 - RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	18/08/2026 - 08:44:35	Manifestamos a intenção de recorrer contra a aceitação da proposta/habilitação da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. As razões detalhadas serão apresentadas na peça recursal.	Indeferido
Justificativa: Considerando que há duas manifestações da mesma empresa, será considerado apenas uma.			
54469120000161 - RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	18/08/2026 - 08:50:31	Manifestamos a intenção de recorrer contra a aceitação da proposta/habilitação da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. As razões detalhadas serão apresentadas na peça recursal.	Deferido
02836248000112 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equips. Hosp. Ltda	18/08/2026 - 08:52:02	Declaramos intenção de recurso por motivos que serão expostos	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
02836248000112 - Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equips. Hosp. Ltda	21/08/2026 - 17:04:25	Vimos por meio deste, gentilmente, apresentar nossa peça recursal. RECURSO.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
47806382000109 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24/08/2026 - 11:02:07	Bom dia, segue em anexo as contrarrazões referente ao recurso apresentado, solicitando INTEGRAL DESPROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Contrarrazoes_OQTIS_PE_11-2026_FHJA_Item_1.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/08/2026 - 10:44:56	Conforme documento anexo. Resposta Recurso.pdf.

Classificação Parcial

0001 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS E ORTOPÉDICOS (CONFORME DESCRITIVO ANEXO).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.498.660/0001-61	Inabilitado	161.980,00
2º	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	Desclassificado	162.000,00
3º	AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	59.060.397/0001-50	Desclassificado	162.000,00
4º	OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.806.382/0001-09	Arrematante	200.000,00
5º	Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equips. Hosp. Ltda	02.836.248/0001-12	Classificado	202.000,00
6º	MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.102.553/0001-62	Classificado	281.230,00
7º	FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	Classificado	296.344,00
8º	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54.469.120/0001-61	Classificado	298.000,00
9º	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	79.805.263/0001-28	Classificado	311.999,50
10º	Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	Classificado	311.999,50

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat



Data	Apelido	Frase
29/07/2026 - 11:19	Sistema	O processo foi republicado em 29/07/2026 às 11:19.
29/07/2026 - 11:20:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICACAO-01.pdf) em 29/07/2026 às 11:20.
03/08/2026 - 11:31:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA P ESCLARECIMENTO QOTIS.pdf) em 03/08/2026 às 11:31.
06/08/2026 - 16:54:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação QOTS.pdf) em 06/08/2026 às 16:54.
06/08/2026 - 16:55:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Esclarecimento complementar.pdf) em 06/08/2026 às 16:55.
10/08/2026 - 09:02:01	Pregoeiro	Bom dia a todos! Declaro aberta a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2026.
10/08/2026 - 09:02:04	Pregoeiro	Antes do início da fase competitiva, peço a atenção de todos para as seguintes orientações, essenciais para o regular andamento do certame:
10/08/2026 - 09:02:10	Pregoeiro	1. Toda a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente por meio do chat do sistema.
10/08/2026 - 09:02:17	Pregoeiro	2. A proposta readequada, eventuais documentos complementares e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados exclusivamente pelo sistema, quando solicitados pela Pregoeira.
10/08/2026 - 09:02:22	Pregoeiro	3. As diligências e solicitações formuladas durante a sessão deverão ser atendidas dentro do prazo fixado, sob pena das consequências previstas no edital, inclusive desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, conforme o caso.
10/08/2026 - 09:02:28	Pregoeiro	4. As ações praticadas no sistema eletrônico são de inteira responsabilidade dos licitantes, cabendo-lhes acompanhar todas as etapas do certame.
10/08/2026 - 09:02:31	Pregoeiro	5. A exclusão de lance durante a fase competitiva constitui medida excepcional, somente sendo admitida nas hipóteses legalmente cabíveis.
10/08/2026 - 09:02:35	Pregoeiro	6. É responsabilidade exclusiva dos licitantes acompanhar continuamente o andamento da sessão pública, respondendo por eventual perda de oportunidades decorrente da ausência de acompanhamento das mensagens emitidas pelo sistema ou pela Pregoeira.
10/08/2026 - 09:02:54	Pregoeiro	7. Solicito especial atenção aos valores ofertados durante a fase de lances. Os lances deverão ser apresentados com responsabilidade, observando-se as condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.
10/08/2026 - 09:02:58	Pregoeiro	Enquanto realizamos a análise das propostas cadastradas, peço que permaneçam conectados ao sistema.
10/08/2026 - 09:03:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/08/2026 - 09:05:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/08/2026 - 09:05:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/08/2026 - 09:05:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/08/2026 - 09:05:45	Pregoeiro	ATENÇÃO, LICITANTES!
10/08/2026 - 09:05:48	Pregoeiro	Iniciaremos, neste momento, a fase competitiva de lances.
10/08/2026 - 09:05:53	Pregoeiro	Reitero que os lances deverão ser formulados com responsabilidade, observando-se a exequibilidade dos preços ofertados.
10/08/2026 - 09:06:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2026 - 09:06:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/08/2026 - 09:22:26	Pregoeiro	ATENÇÃO LICITANTES! Melhorar fase de lances!
10/08/2026 - 09:44:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/08/2026 - 09:45:17	Sistema	O item 0001 teve como arrematante STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 80.990,00.
10/08/2026 - 09:45:31	Pregoeiro	ATENÇÃO, LICITANTES!
10/08/2026 - 09:45:37	Pregoeiro	Inicia-se, neste momento, a fase de negociação.
10/08/2026 - 09:45:48	Pregoeiro	Conforme previsto no item 12 do Edital e em observância ao princípio da economicidade, questiono às licitantes classificadas sobre a possibilidade de redução dos valores ofertados.
10/08/2026 - 09:46:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:56 do dia 10/08/2026.
10/08/2026 - 09:46:11	Pregoeiro	Solicito que eventual manifestação seja registrada no chat do sistema.
10/08/2026 - 09:51:02	F. STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO D	Negociação Item 0001: Bom dia, nossa empresa já esta no valor minimo para o item.
10/08/2026 - 09:52:55	Pregoeiro	Certo, agradeço o retorno. Daremos seguimento.
10/08/2026 - 09:53:06	Pregoeiro	Neste momento será aberto o prazo para envio da proposta readequada, bem como dos documentos de habilitação.
10/08/2026 - 09:53:08	Pregoeiro	ATENÇÃO, LICITANTES!
10/08/2026 - 09:53:18	Pregoeiro	As licitantes provisoriamente classificadas em primeiro lugar deverão encaminhar, dentro do prazo estabelecido, a proposta readequada atualizada e os documentos de habilitação exigidos no edital, sob pena das consequências previstas no instrumento convocatório.
10/08/2026 - 09:53:21	Pregoeiro	Registro que a proposta readequada deverá ser anexada no sistema e, igualmente, preenchida no campo específico destinado para essa finalidade.
10/08/2026 - 09:53:26	Pregoeiro	Em caso de dificuldades técnicas para o envio dos documentos, orienta-se que a licitante entre em contato diretamente com o suporte do Portal de Compras Públicas.
10/08/2026 - 09:53:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:53 do dia 10/08/2026.
10/08/2026 - 09:54:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:54 do dia 10/08/2026.
10/08/2026 - 10:26:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



10/08/2026 - 10:26:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/08/2026 - 10:57:15	Pregoeiro	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO - Para fins de complementação, foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica, contendo aparelho de anestesia. Embora seja equipamento médico, são de natureza, finalidade e características técnicas distintas, solicitamos, para fins de comprovação da compatibilidade da experiência anterior com o objeto licitado, que a empresa esclareça e/ou apresente documentação complementar que demonstre o fornecimento anterior de mesa cirúrgica ou de equipamento médico-hospitalar de natureza e características técnicas compatíveis com o objeto, nos termos do edital.
10/08/2026 - 11:02:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/08/2026 - 11:04:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/08/2026 - 11:06:14	Pregoeiro	Solicitação atendida.
10/08/2026 - 11:08:24	F. STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO D	Documentação Item 0001: Cpl bom dia, o atestado pagina 8 é de mesa cirurgica, porém mesmo assim envie algumas complementações.
10/08/2026 - 11:09:43	Pregoeiro	De fato, grata.
10/08/2026 - 11:20:47	Pregoeiro	Os documentos foram analisados pela equipe de apoio e considerando a necessidade de análise técnica, serão enviados para o corpo técnico do hospital. Dessa forma, a sessão será suspensa, retornaremos na quinta-feira (13/08), às 08:30h. Estejam conectados!
10/08/2026 - 11:20:51	Pregoeiro	Até mais!
10/08/2026 - 11:21:45	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
10/08/2026 - 11:21:45	Sistema	Motivo: Considerando necessidade de análise técnica dos documentos, a sessão será suspensa, até data aprazada.
13/08/2026 - 08:31:41	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 08:32:05	Pregoeiro	Bom dia a todos, está reaberta a sessão. Daremos continuidade.
13/08/2026 - 08:32:33	Pregoeiro	Passo a preferir o julgamento.
13/08/2026 - 08:33:16	Sistema	O fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
13/08/2026 - 08:33:41	Pregoeiro	Neste momento será aberto o prazo para eventual manifestação de intenção de recurso exclusivamente quanto ao julgamento das propostas.
13/08/2026 - 08:33:48	Pregoeiro	O julgamento da habilitação será realizado na sequência.
13/08/2026 - 08:33:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/08/2026 às 08:43.
13/08/2026 - 08:44:23	Sistema	O fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 08:44:23	Sistema	Motivo: Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital.
13/08/2026 - 08:44:23	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 08:44:41	Pregoeiro	Após análise técnica da proposta e da documentação apresentada, com base no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia Clínica, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Foram identificadas não conformidades quanto à capacidade de carga dinâmica, à função de inversão lógica do paciente no sistema de controle e à geometria da seção de pernas/perneiras, requisitos expressamente previstos no edital. Dessa forma, considerando o descumprimento de requisitos técnicos, operacionais e de segurança essenciais, a proposta fica DESCLASSIFICADA por não atendimento às especificações do Termo de Referência, conforme parecer técnico. Fica assegurado o direito de manifestação/recursos nos termos previstos no edital.
13/08/2026 - 08:44:59	Pregoeiro	Nesse momento, será agendada sessão de desempate.
13/08/2026 - 08:45:07	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/08/2026 às 08:55.
13/08/2026 - 08:45:07	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 81.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 13/08/2026 às 08:55.
13/08/2026 - 08:55:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
13/08/2026 - 08:57:18	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
13/08/2026 - 08:58:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:58 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 08:58:05	Sistema	Motivo: Conforme previsto no item 12 do Edital e em observância ao princípio da economicidade, questiono às licitantes classificadas sobre a possibilidade de redução dos valores ofertados.
13/08/2026 - 08:58:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:58 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 08:58:20	Sistema	Motivo: Neste momento será aberto o prazo para envio da proposta readequada, bem como dos documentos de habilitação.
13/08/2026 - 08:58:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 10:58 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 09:48:17	Pregoeiro	Atenção ao prazo.
13/08/2026 - 10:37:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2026 - 10:37:53	F. AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.
13/08/2026 - 10:38:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2026 - 10:49:24	Pregoeiro	Agradeço o retorno.
13/08/2026 - 10:50:09	Pregoeiro	Poderiam confirmar o modelo do equipamento?
13/08/2026 - 11:00:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 13/08/2026.



13/08/2026 - 11:00:27	Sistema	Motivo: Aguardamos confirmação do modelo do equipamento ofertado.
13/08/2026 - 11:23:20	F. AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, o modelo ofertado é o MED450 da fabricante Novamec. Anexamos junto aos documentos de habilitação a ficha técnica do equipamento.
13/08/2026 - 11:23:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2026 - 11:24:41	Pregoeiro	Agradeço o retorno, o questionamento foi devido ao preenchimento da proposta, que está como MEC 450.
13/08/2026 - 11:27:08	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA no item 0001.
13/08/2026 - 11:27:08	Sistema	Motivo: Cumprido tempestivamente.
13/08/2026 - 11:27:45	Pregoeiro	Passo a proferir o julgamento.
13/08/2026 - 11:28:59	Sistema	O fornecedor AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 11:28:59	Sistema	Motivo: Após análise da proposta apresentada pela segunda licitante, verificou-se que o equipamento ofertado corresponde à mesma marca e modelo já submetidos à análise técnica (Mesa Cirúrgica MED 450 – Medifarr/Novamec). Considerando que permanecem as mesmas características técnicas do equipamento e, consequentemente, as mesmas não conformidades apontadas no Parecer Técnico, especialmente quanto à capacidade de carga dinâmica, função de inversão lógica do paciente no controle eletrônico e geometria da seção de pernas, a proposta NÃO ATENDE integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Dessa forma, fica a proposta DESCLASSIFICADA por não atendimento às exigências técnicas do edital, conforme fundamentação constante do Parecer Técnico de Engenharia Clínica.
13/08/2026 - 11:28:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA com lance de R\$ 81.000,00.
13/08/2026 - 11:29:25	Pregoeiro	Informo que os demais atos serão realizados na parte da tarde, às 13:30 horas.
13/08/2026 - 11:29:47	Pregoeiro	A sessão será suspensa, estejam conectados às 13h30min.
13/08/2026 - 11:30:33	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
13/08/2026 - 11:30:33	Sistema	Motivo: Sessão suspensa com retorno previsto para a parte da tarde (13/08), às 13:30h.
13/08/2026 - 13:31:18	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 13:31:27	Pregoeiro	Boa tarde, daremos continuidade.
13/08/2026 - 13:31:56	Pregoeiro	Em razão da desclassificação/inabilitação da licitante anteriormente classificada, será convocada a licitante remanescente, observada a ordem de classificação.
13/08/2026 - 13:32:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:32 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 13:32:20	Sistema	Motivo: Conforme previsto no item 12 do Edital e em observância ao princípio da economicidade, questiono às licitantes classificadas sobre a possibilidade de redução dos valores ofertados.
13/08/2026 - 13:32:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 13:32:41	Sistema	Motivo: As licitantes provisoriamente classificadas deverão encaminhar, dentro do prazo estabelecido, a proposta readequada atualizada e os documentos de habilitação exigidos no edital, sob pena das consequências previstas no instrumento convocatório.
13/08/2026 - 13:32:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 14:00:07	F. TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, sr. pregoeiro. Infelizmente oferecemos o mesmo modelo que já foi desclassificado.
13/08/2026 - 14:04:51	Pregoeiro	Na proposta inicialmente informada consta MED360, seria a mesma MED 450?
13/08/2026 - 14:07:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DESCLASSIFICADOS.pdf) em 13/08/2026 às 14:07.
13/08/2026 - 15:42:00	Sistema	O fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/08/2026 - 15:42:00	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar os documentos de habilitação.
13/08/2026 - 15:42:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 100.000,00.
13/08/2026 - 15:42:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 15:42:49	Sistema	Motivo: Conforme previsto no item 12 do Edital e em observância ao princípio da economicidade, questiono às licitantes classificadas sobre a possibilidade de redução dos valores ofertados.
13/08/2026 - 15:43:40	Pregoeiro	Solicita possibilidade de redução do valor de lance da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, uma vez que o orçamento da empresa foi no valor de R\$ 87.037,36.
13/08/2026 - 15:44:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 15:44:18	Sistema	Motivo: A licitante provisoriamente classificadas deverá encaminhar, dentro do prazo estabelecido, a proposta readequada atualizada e os documentos de habilitação exigidos no edital, sob pena das consequências previstas no instrumento convocatório.
13/08/2026 - 15:44:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 17:44 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 15:44:42	Pregoeiro	O restante do prazo será aberto na data de amanhã.
13/08/2026 - 15:47:41	F. OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Negociação Item 0001: Boa tarde Sra. Pregoeira. Considerando que o horário final é após o nosso expediente, poderia reabrir o prazo para envio na data de amanhã?
13/08/2026 - 15:52:04	Pregoeiro	O prazo será considerado até às 17h, o prazo restante (44 minutos) será aberto na data de amanhã.
13/08/2026 - 15:52:51	Pregoeiro	Tanto do envio dos documentos, quanto proposta readequada.
13/08/2026 - 17:01:47	Pregoeiro	Informo que a sessão será suspensa, retornaremos amanhã, às 8:30h.
13/08/2026 - 17:02:05	Pregoeiro	O restante do prazo será aberto amanhã, conforme informado anteriormente
13/08/2026 - 17:02:32	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
13/08/2026 - 17:02:32	Sistema	Motivo: Suspenso, conforme informado.
14/08/2026 - 08:31:51	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.



14/08/2026 - 08:32:01	Pregoeiro	Bom dia a todos, está reaberta a sessão.
14/08/2026 - 08:32:25	Pregoeiro	Abriremos o prazo faltante.
14/08/2026 - 08:33:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:17 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 - 08:33:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 - 08:34:46	Pregoeiro	Considerando que o sistema não permite prazo inferior às 2 horas para envio da proposta, será aberto o prazo, caso precisem de mais tempo para envio dos documentos de habilitação, deverá ser solicitado no chat, antes do término do prazo.
14/08/2026 - 08:42:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2026 - 08:45:16	Pregoeiro	Quanto ao valor, vocês orçaram o equipamento no valor de R\$ 87.037,36, peço sobre a possibilidade de redução.
14/08/2026 - 08:45:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 - 09:05:12	F. QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Negociação Item 0001: Bom dia, Sra Pregoeira. O valor orçado de R\$87.037,36 refere-se somente a Mesa Cirúrgica. Abaixo da nossa proposta, constam os demais acessórios (R\$20.593,13 para o kit ortopédico e R\$2.027,49 para o Suporte de Joelho). Assim, o valor do pregão, já está abaixo do nosso orçamento. Poderia verificar a aceitabilidade?
14/08/2026 - 09:06:57	Pregoeiro	Vamos verificar, só um momento.
14/08/2026 - 09:25:03	Pregoeiro	Certo, o valor do orçamento total foi R\$ 108.657,50.
14/08/2026 - 09:25:19	Pregoeiro	Estaremos enviando os documentos para a equipe técnica analisar.
14/08/2026 - 09:25:46	Pregoeiro	Daremos continuidade no dia 18/08 (terça-feira), às 8:30h.
14/08/2026 - 09:26:30	Pregoeiro	Estejam conectados. Até mais!
14/08/2026 - 09:27:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
14/08/2026 - 09:27:00	Sistema	Motivo: Devido necessidade de análise técnica, a sessão será suspensa.
18/08/2026 - 08:31:07	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
18/08/2026 - 08:31:17	Pregoeiro	Bom dia a todos, daremos continuidade.
18/08/2026 - 08:34:32	Pregoeiro	Para esclarecimento, o valor orçado pela empresa QQTIS na fase interna da licitação foi de R\$ 109.657,98, por engano, tínhamos verificado apenas o valor de R\$ 87.037,36, referente apenas à mesa, sem os demais componentes. O valor de lance foi de R\$ 100.000,00, valor este inferior ao orçamento da fase interna, o que foi informado pela própria empresa também durante a fase de negociação do certame.
18/08/2026 - 08:34:40	Pregoeiro	Esclarecido, passo ao julgamento.
18/08/2026 - 08:35:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_QQITS.pdf) em 18/08/2026 às 08:35.
18/08/2026 - 08:35:16	Sistema	O fornecedor QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
18/08/2026 - 08:35:59	Pregoeiro	Neste momento será aberto o prazo para eventual manifestação de intenção de recurso quanto ao julgamento das propostas.
18/08/2026 - 08:36:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2026 às 08:46.
18/08/2026 - 08:44:35	Sistema	O fornecedor RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/08/2026 - 08:47:45	Pregoeiro	Após análise da documentação apresentada, verifico que a licitante atendeu às exigências de habilitação previstas no edital, razão pela qual resta habilitada.
18/08/2026 - 08:48:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
18/08/2026 - 08:48:28	Pregoeiro	Nesse momento, será aberto prazo quanto a habilitação.
18/08/2026 - 08:48:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2026 às 08:58.
18/08/2026 - 08:50:31	Sistema	O fornecedor RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/08/2026 - 08:52:02	Sistema	O fornecedor Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/08/2026 - 08:59:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
18/08/2026 - 08:59:56	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recorrer contra a aceitação da proposta/habilitação da empresa QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. As razões detalhadas serão apresentadas na peça recursal.
18/08/2026 - 08:59:56	Sistema	Justificativa: Considerando que há duas manifestações da mesma empresa, será considerado apenas uma.
18/08/2026 - 08:59:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/08/2026 - 08:59:58	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recorrer contra a aceitação da proposta/habilitação da empresa QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. As razões detalhadas serão apresentadas na peça recursal.
18/08/2026 - 09:00:02	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/08/2026 - 09:00:02	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso por motivos que serão expostos
18/08/2026 - 09:01:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 21/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/08/2026 às 23:59.
18/08/2026 - 09:02:02	Pregoeiro	Definidos os prazos para recursos e contrarrazões, declaro a sessão encerrada. Até mais!
21/08/2026 - 17:04:25	Sistema	O fornecedor Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
24/08/2026 - 11:02:07	Sistema	O fornecedor QQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
27/08/2026 - 08:15:14	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/08/2026 - 08:15:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



27/08/2026 - 10:44:56	Sistema	SUSANA ZEN decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equip. Hosp. Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
27/08/2026 - 10:44:56	Sistema	Justificativa: Conforme documento anexo.
27/08/2026 - 10:45:17	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por SUSANA ZEN.
27/08/2026 - 10:45:23	Sistema	O item 0001 foi homologado por SUSANA ZEN.

Isabela Silochi Mitkus
Pregoeiro

SUSANA ZEN
Autoridade Competente

INES MARIA PICOLI
Apoio

LARISSA MANTOVANI
Apoio

